

LNDD	ENREGISTREMENT	Codification : E-CC-11 Version : B Date : 08/03/2006 1/1
<b>VERIFICATION DES PERFORMANCES INSTRUMENTALES EN CG/SM</b> (screening et confirmation)		

Numéro d'identification de l'appareil : MSD 20

Date : 03/08/06

**1 - Source d'ionisation**

MSD Autotune : Ion 69 ou 219 majoritaire  
Autotune : Abondance de l'ion 502 > 3%  
Repeller < 35

Polaris Ion time > 2 ms

Oui	Non
✓	
✓	
✓	

Observations :

**2 - Etanchéité du système**

MSD / 18/69 (H2O), 28/69 (N2), 32/69 (O2),  
44/69 (CO2) < 10%

Polaris Air et eau : Intensité ion 19 < intensité ion 18

Oui	Non
✓	

Observations :

**3 - Sensibilité**

Screening Recal / Mix conforme

Conf TP conforme - Fichier : TPTE

TP conforme - Fichier :

TP conforme - Fichier :

TP conforme - Fichier :

TP conforme - Fichier :

Oui	Non
✓	

Observations :

Code opérateur et paraphe :

(23) 

Cet enregistrement est à archiver dans le classeur C-MA-Ech de l'appareil